

天
净
沙
系
列

CAT#:80929-50
常温运输和保存



液体样品 RNA_{OUT}

Liquid Sample RNA_{OUT}

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	本产品是专门用于从各种微量和痕量样品中提取 DNA 和 RNA 的试剂盒。它具有下列特点： 1. 核酸的回收率高，可以达到 90%以上，可以跟 QIAGEN 的同类产品媲美。 2. 一管式操作，减少了样品污染的可能。 3. 一站式套装，除样品外客户不需要准备任何试剂，降低了实验误差。 4. 安全无毒，不需要使用苯酚和氯仿等有机溶液。 5. 可以处理各种形态的样品，包括液体样品，单个或少量的细胞，微小胚胎等等。 6. 与 PCR、荧光 PCR、RT-PCR、荧光 RT-PCR 等后续反应兼容。 7. 试剂稳定，可以长期放置。																					
规格及成分		<table><tr><th>成份</th><th>编号</th><th>小扁盒包装</th></tr><tr><td>液体样品 RNA_{OUT}溶液 A</td><td>80929a</td><td>15 mL</td></tr><tr><td>液体样品 RNA_{OUT}溶液 B</td><td>80929b</td><td>25 mL</td></tr><tr><td>液体样品 RNA_{OUT}溶液 C</td><td>80929c</td><td>50 mL</td></tr><tr><td>液体样品 RNA_{OUT}溶液 D</td><td>80929d</td><td>5 mL</td></tr><tr><td>使用手册</td><td>80929sc</td><td>1 份</td></tr></table>	成份	编号	小扁盒包装	液体样品 RNA _{OUT} 溶液 A	80929a	15 mL	液体样品 RNA _{OUT} 溶液 B	80929b	25 mL	液体样品 RNA _{OUT} 溶液 C	80929c	50 mL	液体样品 RNA _{OUT} 溶液 D	80929d	5 mL	使用手册	80929sc	1 份		
成份	编号	小扁盒包装																				
液体样品 RNA _{OUT} 溶液 A	80929a	15 mL																				
液体样品 RNA _{OUT} 溶液 B	80929b	25 mL																				
液体样品 RNA _{OUT} 溶液 C	80929c	50 mL																				
液体样品 RNA _{OUT} 溶液 D	80929d	5 mL																				
使用手册	80929sc	1 份																				
运输及保存	常温运输和保存，有效期一年。溶液 B 和溶液 C 具有挥发性，使用后需要将瓶盖拧紧。																					
自备试剂	无																					
使用方法	1. 将不超过 0.1 mL 的样品转移到自备的 1.5 mL 旋盖塑料离心管中。 2. 加入 0.3 mL 溶液 A，盖上盖子后振荡 3-5 秒。注意:溶液 A 用前需 37℃-65℃水浴融化并充分摇匀后方可使用。 3. 室温静置 10 分钟。 4. 加入 0.4 mL 溶液 B，盖上盖子后振荡 3-5 秒。 5. 15,000 g 室温离心 15 分钟。强烈建议在离心管管壁上用记号笔做简单标记以区别离心面和向心面。 6. 小心移弃上清。注意不要触及离心面管底的核酸沉淀。 7. 加入 1.0 mL 溶液 C，振荡数秒后 15,000 g 室温离心 5 分钟。注意：将离心管放入离心机时一定要将离心面向外。 8. 小心移弃上清。注意不要触及离心面管底的核酸沉淀。 9. 短暂离心数秒。注意：将离心管放入离心机时一定要离心面向外。																					

- | | |
|--|---|
| | <p>10. 小心移弃残留上清（残留的溶液 C 会影响后续反应）。此时管壁（离心面方向）上将有可见的膜状沉淀。</p> <p>11. 加入 100 μl 溶液 D，用移液枪仔细吹打离心管管底和管壁的膜状沉淀，使其溶解。溶解液如果混浊或有少量不溶物是正常现象，不溶沉淀物中就裹含有核酸。</p> <p>12. 直接取适量样品用于 PCR 或 RT-PCR，也可短期保存于-20℃或-80℃。</p> |
|--|---|