

天
净
沙
系
列

CAT#:131071-1
低温运输, -20℃保存

TIANDZ

牛血清 γ 球蛋白标准品 (2 mg/mL)
Bovine γ IgG Standard

使用手册 V1.1

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	牛血清 γ 球蛋白标准品 (BGG) 经过滤除菌, 质量稳定。本产品是考马斯 (Bradford) 分析实验的理想标准品, 是使用任何方法测定抗体浓度的理想标准品。本产品浓度为 2 mg/mL。本品仅用于科研实验, 不能用作医疗及临床诊断。																															
规格及成分		成份	编号	塑料袋包装																												
		本产品 (2 mg/mL)	131071	1 mL																												
		使用手册	1 份																													
运输及保存	低温运输, -20℃ 保存, 有效期一年。																															
自备试剂	0.9% NaCl 溶液或 PBS 缓冲液、BCA 工作液																															
使用方法	本产品可应用于蛋白分析定量 (BCA 蛋白分析、考马斯-Bradford 分析等)、抗体脱盐回收或其他层析操作的对照、SDS-PAGE 电泳和分光光度计紫外灯的常规校准 (吸收峰在 280 nm) 等实验。由于蛋白操作彼此差别太大, 本手册只列出此产品用于 BCA 蛋白分析的实验流程, 其他流程不在此详述。																															
	1. 标准品溶液的稀释方法见下表。此标准品溶液的稀释可使用去离子水、0.9% NaCl 或 PBS。																															
	<table><tr><th>2 mg/mL 本产品 (μL)</th><th>稀释液 (μL)</th><th>稀释后产品终浓度 (μg/mL)</th></tr><tr><td>120</td><td>0</td><td>2000</td></tr><tr><td>90</td><td>30</td><td>1500</td></tr><tr><td>60</td><td>60</td><td>1000</td></tr><tr><td>45</td><td>75</td><td>750</td></tr><tr><td>30</td><td>90</td><td>500</td></tr><tr><td>15</td><td>105</td><td>250</td></tr><tr><td>10</td><td>110</td><td>125</td></tr><tr><td>0</td><td>120</td><td>0 (空白对照)</td></tr></table>					2 mg/mL 本产品 (μ L)	稀释液 (μ L)	稀释后产品终浓度 (μ g/mL)	120	0	2000	90	30	1500	60	60	1000	45	75	750	30	90	500	15	105	250	10	110	125	0	120	0 (空白对照)
	2 mg/mL 本产品 (μ L)	稀释液 (μ L)	稀释后产品终浓度 (μ g/mL)																													
	120	0	2000																													
	90	30	1500																													
	60	60	1000																													
	45	75	750																													
	30	90	500																													
	15	105	250																													
	10	110	125																													
	0	120	0 (空白对照)																													
2. 本产品标准曲线的制备																																
1) 分别取 50 μ L 稀释后的本标准品溶液加入到 1.5 mL 离心管中, 每个浓度取 2 个平行样。																																
2) 在每管中各加入 1 mL 工作液后, 立即混匀。																																
3) 37℃ 水浴槽中反应 30 分钟后, 冷却至室温。																																
4) 使用分光光度计测定 562 nm 处的吸光度值。测定时, 使用 1 mL 比色皿, 用水校零。尽可能在 20 分钟内检测完毕所有样品。																																

	5) 各浓度本标准品溶液的吸光度值减去空白对照的平均值, 绘制本标准品溶液的标准曲线。 3. 检测样品的测定 检测样品建议与本标准品溶液同时进行测定, 测定方法同上, 与本标准品的测定方法一致。如果必要也可选择与本标准品溶液相同的稀释方法稀释检测样品后测定。
关联产品	PBS 缓冲液 (CAT#:100215)、牛血清白蛋白标准品 (CAT#:131070)、预稀释 BSA 蛋白标准品 (CAT#:131072)、预稀释 BGG 蛋白标准品 (CAT#:131220)